

Tarjeta de Control Metrológico Nº: 066432
Certificado de Verificación: BS/07475/17
Fecha de verificación: 31 de Julio de 2017

T. Verificación: **Periódica**
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.
Expedido a: MARTYNA ORO, S.L.
C. SAN BERNARDO, 102 LOCAL
28015 Madrid

De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica

Relativo a: BAN de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio Automático, marca PCE Group, modelo LSM2000, nº de serie 4457, nº de registro 52811/59343 con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
2000 g	0.5 g	0.1 g	20000	II

Ubicado en: C. SAN BERNARDO, 102 LOCAL
Madrid
28015 Madrid

Precintos: **2 PEGATINAS EN PARTE POSTERIOR.**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado. En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación. Dicho plazo tendrá validez mientras que el instrumento no se repare o modifique, en cuyo caso deberá superar una verificación de reparación o modificación.

Fecha de emisión: 1 de Agosto de 2017



Firmado digitalmente por JUAN JESÚS MARTÍN REY
description:Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC
CN:JUAN JESÚS MARTÍN REY
emailAddress:jjmr@clysim.com
serialNumber:70057145L
SN:MARTÍN REY
GN:JUAN JESÚS
UNDEF:B86554003
title:VERIFICADOR
OU:LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD
O:CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID
C:ES
Fecha: Thu, 03 Aug 2017 13:45:06 GMT